

IEC SYSTEM FOR CONFORMITY TESTING TO  
STANDARDS FOR SAFETY OF ELECTRICAL  
EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ESSAIS DE CONFORMITE AUX  
NORMES DE SECURITE DE L'EQUIPEMENT  
ELECTRIQUE (IECEE)  
METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICATE D'ESSAI OC

Product  
*Produit*

Name and address of the applicant  
*Nom et adresse de demandeur*

Name and address of the manufacturer  
*Nom et adresse du fabricant*

Name and address of the factory  
*Nom et adresse de l'usine*

Rating and principal characteristics  
*Valeurs nominales et caractéristiques principales*

Trade mark (if any)  
*Marque de fabrique (s'il existe)*

Model/type Ref.  
*Ref. de type*

Additional information (if necessary)  
*Informations complémentaires (si nécessaire)*

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with

*Un échantillon de ce produit a été examiné et a été  
considéré conforme à la*

as shown in the Test Report Ref. No.  
which forms part of this certificate  
*comme indiqué dans le Rapport d'essai numéro  
de référence*

*qui constitue un partie de ce certificat*

Battery charger for medical electric equipment.

Mascot Electronic A/S  
Mossøveien 109, Ørebekk, Gressvik  
P.O.Box 177  
N-1601 Fredrikstad, Norway

Mascot Electronic A/S  
Mossøveien 109, Ørebekk, Gressvik  
P.O.Box 177  
N-1601 Fredrikstad, Norway

Mascot Electronic A/S  
Mossøveien 109, Ørebekk, Gressvik  
P.O.Box 177  
N-1601 Fredrikstad, Norway

100-240V AC, 50-60Hz, max. 1.2A  
Class I, Type B

 and/or **MASCOT**

2040/12V, 2040/24V

IEC 60601-1 (2 ed 1988) + Amend. 1 (1991) + Amend. 2 (1995)  
+Corrigendum (June 1995)

199950111

EMC std.: EN 60601-1-2 (1993)  
EMC TRF no. 199950113

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
*Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification*



**Nemko**

P.O. BOX 73, BLINDERN  
N-0314 OSLO, NORWAY

Date 2000-01-19

Signature   
John Bakken  
Head of Department Data and Electronic